

ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку **ЈН бр. 7/2017– Медицински и лабораторијски потрошни материјал**

- Заинтересовани понуђач је поставио ПИТАЊЕ:

Поштовани, молимо Вас да нам у циљу израде што квалитетније понуде а у складу са захтевима Ваше тендерске документације за набавку број 7/2017, одговорите на следећа питања.

У партији **21**, захтевате **ставку 1** - Semi mikro cuvette. Да ли је потребна кварцна кивета за мерење апсорпције у *UV* области наведених карактеристика?

- У вези овог питања, наручилац даје следећи ОДГОВОР:

За партију **21**, **ставку 1**, потребно је понудити **кварцну** семи-микро кивету описаних техничких карактеристика (*Optical material: Quartz*).