

**ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 7/2016 – Медицински и лабораторијски потрошни материјал**

Заинтересовани понуђач је поставио **ПИТАЊЕ:**

Молим Вас за појашњење везано за ЈН 7/2016, партију 4, Ставка 33. - Кутија за смештај 100 наставака од 100мл.

Да ли сте мислили на кутију од 96 места (12x8) за наставке од 100  $\mu$ l?

Ако су тражени наставци од 100  $\mu$ l да ли је за Вас прихватљива кутија за наставке од 5-100  $\mu$ l?

У вези овог питања, наручилац даје следећи **ОДГОВОР:**

За ставку под ред. **бр. 33** из Партије 4 – Медицински потрошни материјал IV – неопходно је понудити кутију од 100 места, висине 6 цм за смештај 100 наставака од 1000  $\mu$ l.