

**ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу** на Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 7/2017– Медицински и лабораторијски потрошни материјал

Заинтересовани понуђач је поставио **питање**:

За партију 32, нисте дефинисали квалитет улазне воде, као ни квалитет воде која вам је потребан на излазу из система односно нисте дали тачан назив система. Пошто у зависности од тога зависи и тип кетрица који би нудили молим да то дефинишете.

У вези овог питања, наручилац даје следећи **одговор**:

Тачан назив апарата је Milli-Q UF Bowl systems. Апарат поседује и четврту колону за ултрафилтрацију која се не мења. Апарат прима дестиловану воду, а након пречишћавања вода има кондуктивитет 0.8 микро сименса.