

ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 7/2016 – Медицински и лабораторијски потрошни материјал

Заинтересовани понуђач је поставио **питање:**

Поштовани,

Молимо вас за додатна објашњења везана за:

а) Партију 12 (остали потрошни материјал II)

Да ли се искључиво траже сита са месинганим оквиром (brass frame) или се може понудити и неки други "одговарајући" материјал?

б) Партију 25 (термостатично водено купатило)

Да ли је прихватљиво одступање од наведених димензија и запремине купатила. Ако је дозвољено, колико износи?

У вези ових питања, наручилац даје следећи **одговор:**

а) Партија 12 - потребно је да сита буду од нерђајућег метала и да се могу аутоклавирати на 124⁰С.

б) Партија 25 - одступање од наведених димензија и запремине је прихватљиво, уколико не прелази 25%, односно запремина термостатичног воденог купатила се може кретати у распону од 12 до максимум 18 литара.