

**ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 7/2018 – Медицински и лабораторијски потрошни материјал**

- Заинтересовани понуђач је поставио ПИТАЊЕ:

Поштовани,

молимо Вас за додатна појашњења, везана за ЈН 7/2018, за партију **5 - Медицински потрошни материјал V**:

**Ставка бр. 7** - Епрувете 15 ml, стерилне, на сталку од стиропора - да ли је прихватљиво понудити стерилне епрувете 15 ml на пластичном сталку?

**Ставка бр. 27** - Епрувете 10 ml са навојним жутим поклопцем - да ли је прихватљиво понудити навојни црвени поклопац?

**Ставка бр. 29** - Кутија од водоотпног картона за смештај 100 x 1,5/2 ml микротуба, 135x135x45mm - да ли је прихватљиво понудити кутију од водоотпног картона за смештај 100 x 1,5/2 ml микротуба, 136x136x50mm?

**Ставка бр. 30** - CryoPure tube 2.0 ml (PP) with QuickSeal screw cap (HDPE) - да ли је прихватљиво понудити CryoPure tube са чепом од PE?

- У вези са овим питањем, наручилац даје следећи ОДГОВОР:

**Партија 5 - Медицински потрошни материјал V**

**Ставка бр. 7** - прихватљиво је понудити стерилне епрувете 15 ml на пластичном сталку.

**Ставка бр. 27** - прихватљиво је понудити стерилне епрувете 15 ml са црвеним навојним поклопцем.

**Ставка бр. 29** - прихватљиво је понудити кутију од водоотпног картона за смештај 100 x 1,5/2 ml микротуба, димензија 136 x 136 x 50 mm.

**Ставка бр. 30** - прихватљиво је понудити CryoPure tube са чепом од PE (полиетилен).