

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 01-1881/11 од 14.10.2019. г. који је донела Комисија за јавну набавку добара у отвореном поступку ЈН бр. 11/2019 за потребе наручиоца Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Београд, директор Института д о н о с и

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

**у отвореном поступку јавне набавке добара – лабораторијска опрема
ЈН бр. 11/2019**

Наручилац - Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, додељује Уговор о јавној набавци добара – Лабораторијска опрема, за партију 7 – Мулти-модални читач микротитарских плоча са могућношћу мерења абсорбанце, луминесценце и интезитета флуоресценце (*Hybrid Multi-Mode Reader*), понуђачу RTC d.o.o., Нови Београд, ул. Милентија Поповића 11а.

О б р а з л о ж е њ е

Предмет ЈН бр. 11/2019 је набавка добара у отвореном поступку – лабораторијска опрема, обликована у 7 партија, за потребе наручиоца Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Београд.

Процењена вредност предметне јавне набавке на годишњем нивоу је 23.000.000,00 динара, без ПДВ, од тога вредност партије 7 – Мулти-модални читач микротитарских плоча са могућношћу мерења абсорбанце, луминесценце и интезитета флуоресценце (*Hybrid Multi-Mode Reader*), износи 3.000.000,00 динара.

Предметна јавна набавка је извршена применом отвореног поступка јавне набавке, сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), с обзиром на то да се ради о набавци истоврсних добара чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу виша од 5.000.000,00 динара.

Предметна јавна набавка је предвиђена Планом јавних набавки за 2019. годину, у оквиру годишње набавке добара за потребе наручиоца, по опису добара који је наведен у конкурсној документацији.

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 21.08.2019. године, као и на Порталу Службеног гласника РС дана 27.08.2019. године, а рок за подношење понуда био је 23.09.2019. године до 10 часова.

Јавно отварање понуда одржано је 23.09.2019. године у 11:00 часова, у просторијама наручиоца, у малој сали на другом спрату.

На основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 01-1881/11 од 14.10.2019. године који је сачинила Комисија за јавну набавку у отвореном поступку набавке добара ЈН бр. 11/2019, утврђено је да су за јавну набавку лабораторијске опреме, за партију 7 – Мулти-модални читач микротитарских плоча са могућношћу мерења абсорбанце, луминесценце и интезитета флуоресценце (*Hybrid Multi-Mode Reader*), благовремено до 23.09.2019.г. до 10.00 часова, пристигле следеће понуде које су евидентирани заводним бројем, уз навођење датума и времена пријема према редоследу прispећа понуда и то:

Ред. број	Број под којим је понуда заведена	Назив понуђача	Датум и време пријема
1.	03-234	RTC d.o.o., Нови Београд, ул. Милентија Поповића 11а	23.09.2019. у 09:10 ч.
2.	03-236	Alfa Genetics d.o.o., Београд, ул. Цвијићева 128	23.09.2019. у 09:50 ч.

Подаци из понуде, понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач:

1. Број под којим је понуда заведена: 03-234

Назив или шифра понуђача и адреса: **RTC d.o.o., Нови Београд, ул. Милентија Поповића 11а**

Понуђена цена и евентуални попусти:

Укупна цена без ПДВ-а: 2.848.000,00 динара

ПДВ: 569.600,00 динара

Укупна цена са ПДВ-ом: 3.417.600,00 динара

Рок испоруке: 60 дана од дана закључења уговора о јавној набавци.

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде.

Начин плаћања: а) уплатом аванса у износу од 50% од укупне понуђене цене са ПДВ-ом, у року од 15 дана од пријема предрачуна, који се испоставља по закључењу уговора и предаји средстава финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања;

б) уплатом преосталог износа по испоруци и инсталацији, односно пуштању опреме у рад, у року од 15 дана од дана пријема рачуна – фактуре.

Гарантни рок: 24 месеца од дана испоруке и инсталације, односно пуштања опреме у рад.

2. Број под којим је понуда заведена: 03-236

Назив или шифра понуђача и адреса: **Alfa Genetics d.o.o., Београд, ул. Цвијићева 128**

Понуђена цена и евентуални попусти:

Укупна цена без ПДВ-а: 2.844.000,00 динара

ПДВ: 568.800,00 динара

Укупна цена са ПДВ-ом: 3.412.800,00 динара

Рок испоруке: 60 дана од дана закључења уговора о јавној набавци.

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде.

Начин плаћања: а) уплатом аванса у износу од 1.706.400,00 дин. (50%) од укупне понуђене цене са ПДВ-ом, у року од 15 дана од пријема предрачуна, који се испоставља по закључењу уговора и предаји средстава финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања;

б) уплатом преосталог износа по испоруци и инсталацији, односно пуштању опреме у рад, у року од 15 дана од дана пријема рачуна – фактуре.

Гарантни рок: 24 месеца од дана испоруке и инсталације, односно пуштања опреме у рад.

Приликом отварања приспелих понуда за предметну партију није било уочених недостатака.

Након детаљног прегледа и стручне оцене понуде понуђача **RTC d.o.o.**, спроведене у складу са Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом, Комисија за јавну набавку је утврдила да иста испуњава све законске услове и захтеве наручиоца из конкурсне документације, односно да је понуда **прихватљива**, односно благовремена и одговарајућа, као и да не прелази износ процењене вредности јавне набавке бр. 11/2019 за партију 7 - Мулти-модални читач микротитарских плоча са

могућношћу мерења абсорбанце, луминесценце и интезитета флуоресценце (*Hybrid Multi-Mode Reader*).

Након детаљног прегледа и стручне оцене понуде понуђача **Alfa Genetics d.o.o.**, спроведене у складу са Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом, Комисија за јавну набавку је утврдила да иста **није одговарајућа**, с обзиром на то да понуђено добро не испуњава минималне техничке захтеве наручиоца, односно понуђено добро не представља добро које одговара потребама наручиоца из следећих разлога:

- за ставку под р. бр. 4, наручилац је захтевао да уређај поседује контролу температуре до 45°C помоћу контролног система у 4 зоне, равномерно кроз микротитарску плочу, као и да уређај поседује контролу кондензације, међутим, увидом у достављену каталожку спецификацију понуђеног добра, утврђено је да исто не поседује захтевану контролу температуре помоћу **контролног система у 4 зоне**, нити поседује **контролу кондензације**.

- за ставку под р. бр. 8, наручилац је захтевао да се уређај може накнадно надоградити диспензерима за реагенсе у свим моделима детекције, модулима за контролу CO₂/O₂ или CO₂ гаса, модулом за TRF, међутим увидом у достављену каталожку спецификацију, понуђач није доказао да се понуђени апарат може накнадно надоградити модулима за контролу CO₂/O₂ или CO₂ гаса и модулом за TRF.

- за ставку под р. бр. 11, наручилац је захтевао да оптика монохроматора може да буде надограђена оптиком филтера тако да имају независан извор светлости, детектор и светлосни пут како би се обезбедио некомпромитовани рад уређаја, међутим увидом у достављену каталожку спецификацију, понуђач није доказао да се оптика монохроматора понуђеног апарата може накнадно надоградити оптиком филтера тако да имају независан извор светлости, детектор и светлосни пут што обезбеђује некомпромитовани рад уређаја.

- за ставку под р. бр. 13, наручилац је захтевао да се **абсорбанца** одређује најмање у форматима плоча од 6 до 384 бунара и **петри шољама**, међутим увидом у достављену каталожку спецификацију, понуђач није доказао да се абсорбанца може читавати у Петри шољама;

- наручилац је захтевао да рок трајања ксенонске лампе као извора светлости буде минимално 20 година, међутим понуђач није доставио доказ о дужини рока трајања ксенонске лампе.

- наручилац је захтевао брзина читања плоче са 96 бунарића буде 11 секунди, а понуђена брзина читања плоче са 96 бунарића је већа од захтеване и износи 20 секунди.

- за ставку под р. бр. 14, наручилац је захтевао да се **флуоресценца** може читавати у стандардним киветама, међутим, увидом у каталожку спецификацију понуђеног добра, утврђено је да понуђач није доказао да се флуоресценца може читавати у стандардним киветама.

- наручилац је захтевао да рок трајања ксенонске лампе као извора светлости буде минимално 20 година, међутим понуђач није доставио доказ о дужини рока трајања ксенонске лампе.

- наручилац је захтевао да осетљивост на врху плоче буде 0,25 fmoI флуоросцеина по бунару за тамну плочу (са 384 бунара), односно на дну тамне плоче са провидним дном (са 384 бунара) 0,4 fmoI флуоросцеина по бунару, док је осетљивост флуоресценце понуђеног добра на врху плоче 170 amoI флуоросцеина по бунару, а на дну тамне плоче 9,0 fmoI флуоросцеина по бунару.

- наручилац је захтевао брзина читања плоче са 96 бунарића буде 11 секунди, а плоче са 384 бунарића 22 секунди, а понуђена брзина читања плоче са 96 бунарића је већа од захтеване и износи 20 секунди, а читања плоче са 384 бунарића 30 секунди.

- за ставку под р. бр. 15 наручилац је захтевао да се хемилуминесценца може читавати у стандардним киветама, међутим, увидом у каталожку спецификацију понуђеног добра, утврђено је да понуђач није доказао да се хемилуминесценца може читавати у стандардним киветама.

- наручилац је захтевао да осетљивост приликом читавања хемилуминесценце монохроматиром треба да буде 20 amol ATP, односно када се читавање врши помоћу филтера 10 amol ATP (flash) и 100 amol ATP (glow), док је осетљивост хемилуминесценце понуђеног добра 12 amol ATP (flash) и 225 amol ATP (glow).

- такође, понуђач није доказао да је динамички опсег приликом читавања већи од 6 декада.

Према чл. 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације;

Према чл. 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, прописано је да је прихватљива понуда она која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке;

Према чл. 107. став 1. ЗЈН, наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Имајући у виду наведено, а како понуда понуђача **Alfa Genetics d.o.o.** није одговарајућа, односно прихватљива, Комисија је предложила директору Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ да донесе **Одлуку о додели уговора** у отвореном поступку јавне набавке добара ЈН бр. 11/2019 – Лабораторијска опрема, за партију 7 - Мулти-модални читач микротитарских плоча са могућношћу мерења абсорбанце, луминесценце и интезитета флуоресценце (*Hybrid Multi-Mode Reader*), понуђачу **RTC d.o.o.**, Нови Београд, ул. Милентија Поповића 11а, с обзиром на то да ова понуда задовољава све услове прописане законом и конкурсном документацијом наручиоца.

На основу предлога Комисије за спровођење поступка предметне јавне набавке, а имајући у виду да је наведена понуда одговарајућа и прихватљива, као и да садржи све доказе прописане Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца о испуњавању услова за доделу уговора у поступку предметне јавне набавке, донета је одлука као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права, у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.


Директор Института
др Мирјана Михаиловић