

**ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу** на Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку **ЈН бр. 7/2020 – Медицински и лабораторијски потрошни материјал**

• Заинтересовани понуђач је поставио ПИТАЊА:

Поштовани, молимо Вас да нам у циљу израде што квалитетније понуде, а у складу са захтевима Ваше тендерске документације за набавку број 7/2020, одговорите на следећа питања:

1. Да ли је у **партији 1 за ставку 22** одговарајуће понудити ерленмајер са широким грлом?
2. Да ли је у **партији 3 за ставку 26** одговарајуће понудити сталак 296x118x34mm? Претпостављамо да је дошло до техничке грешке при навођењу висине пошто је у питању сталак за микротубе и није могуће да му је висина 340mm.
3. Да ли је у **партији 3 за ставку 27** одговарајуће понудити тражени сталак наведених димензија само зелене боје?
4. Да ли је у **партији 13 за ставку 11** одговарајуће понудити рукавице произвођача Б. Браун које су у складу са стандардима EN 455, EN 420 и ISO 13485, имају AQL 1.5 и дужину 240mm, али код код којих произвођач декларисао дебљину на следећи начин?

		Min. specification	Typical value
Wall thickness	Finger	0.10 mm	0.11 mm
	Palm	0.08 mm	0.08 mm
	Cuff	0.06 mm	0.06 mm

• У вези са овим питањима, наручилац даје следеће ОДГОВОРЕ:

**Партија 1 - Медицински и лабораторијски потрошни материјал I**

У вези са ставком под **р. бр. 22**, прихватљиво је понудити ерленмајер са широким грлом, захтеване запремине.

**Партија 3 - Медицински и лабораторијски потрошни материјал III**

У вези са ставком под **р. бр. 26**, у питању је техничка грешка Наручиоца, тако да је потребно и прихватљиво понудити сталак димензија 296 x 118 x 34 mm.

У вези са ставком под **р. бр. 27**, одговарајуће је понудити сталак зелене боје захтеваних димензија (255 x 137 x 72mm).

**Партија 13 - Рукавице**

У вези са ставком под **р. бр. 11**, одговарајуће је понудити рукавице предложене дебљине по сегментима, уколико су дужине 240 mm и уколико испуњавају стандарде EN 455, EN 420, ISO 13485, AQL 1.